

入札説明書

芳賀赤十字病院における、医療用機器に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、日本赤十字社の諸規定及び関係法令に定めるもののほか、本入札説明書によるものとする。

1. 公 告 日 令和6年6月10日（月）

2. 契 約 者 所 在 地 真岡市中郷271  
施 設 名 芳賀赤十字病院  
契約行為者 院長 本多正徳

3. 競争入札に付する事項

- (1) 件 名 日機装 透析用監視装置  
(2) 調達内容及び数量 別紙 内訳・仕様書のとおり  
(3) 納品及び設置場所 真岡市中郷271 芳賀赤十字病院内指定場所  
(4) 納 品 期 限 令和6年10月31日（実納品日は落札業者と別途相談）  
※ 詳細は仕様書のとおり

4. 競争入札参加資格

- (1) 競争入札に参加することができない者  
ア、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者  
イ、次の各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者  
(ア) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは物品の製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者  
(イ) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者  
(ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者  
(エ) 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者  
(オ) 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者  
(カ) 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者  
(キ) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者  
(2) 芳賀赤十字病院の競争入札参加資格者の資格等級において、「物品販売 医療機器 219」でC等級以上の認定を受けていること。  
(3) 広告の日から開札の時までの期間に、「日本赤十字社指名停止等の措置基準」に基づき、日本赤十字社から、又は栃木県内で行われた不正行為等に基づき、栃木県若しくは国からの指名停止等の措置を受けていないこと。なお、栃木県及び国において同一の不正行為等によって指名停止期間が異なる場合は、そのうち早期に指名停止が終了する期間を対象とした上で、上記広告の日から開札の時までの期間に指名停止の措置を受けていないこと。  
(4) 警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配している事業者又はこれに準ずるものとして、物品の販売等の調達契約からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

## 5. 担当部局

所在地 〒321-4308 栃木県真岡市中郷271  
施設名 芳賀赤十字病院  
担当 管財課（担当：村岡） 【電子データ提出先： tyoudo@haga.jrc.or.jp】  
電話 0285-82-2195 F A X 0285-84-3332

## 6. 入札参加表明書の提出及び競争入札参加資格の確認等

(1) 本件競争入札の参加希望者は、次に従い、入札参加表明書を提出するとともに、上記4(2)に掲げる競争入札参加資格を有することを証明するため、競争入札参加資格の認定通知の写しを提出しなければならない。なお、提出期限までに入札参加表明書及び競争入札参加資格の認定通知の写しを提出しない者は、本件競争入札に参加することができない。

ア. 提出期間：令和6年6月10日（月）～令和6年6月21日（金）

土曜、日曜及び祝日を除く 午前9時00分～午後4時00分まで

イ. 提出場所：5に同じ

ウ. 提出方法：持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。ただし、F A Xの場合は記名・押印がされた原本を後日、持参又は郵送すること。

(2) 本件競争入札の参加希望者で、上記4(2)に掲げる競争入札参加資格の認定を受けていない者は次に従い、一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格の審査を受けることができる。申請書については芳賀赤十字病院ホームページ記載の「入札・契約について」を参照のこと。

ア. 提出期間：令和6年6月10日（月）～令和6年6月21日（金）

土曜、日曜及び祝日を除く 午前9時00分～午後4時00分まで

イ. 提出場所：5に同じ

ウ. 提出方法：申請書の提出は、提出場所へ持参又は郵送すること。

エ. 提出部数：1部

オ. 競争入札参加資格の確認

申請書の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は入札日までに通知する。通知はF A Xにより送信後、郵送する。

## 7. 確認書類等

仕様書に基づく品目が提供できることを証明するため、提供予定の物品が確認できる書類（カタログ等）、下見積書（様式は指定しないが、品目、数量、単価〔定価も記載すること〕、運搬及び搬入据付費を明示すること。また、「出精値引き△〇〇〇円」、「端数処理△〇〇〇」などのような経費の根拠が不明確となる記載はしないこと。）を各2部提出すること。提出がない場合には、本件競争入札に参加することができないものとする。なお、本件提出の見積書は入札価格を拘束するものではないこと。

(1) 提出期間：令和6年6月10日（月）～令和6年6月21日（金）

土曜、日曜及び祝日を除く 午前9時00分～午後4時00分まで

(2) 提出場所：5に同じ

(3) 提出方法：持参すること。

## 8. 入札及び開札の日時並びに場所等

(1) 日 時 : 令和6年6月26日（水） 午後2時00分

- (2) 場 所 : 〒321-4308 所在地 真岡市中郷271 電話0285-82-2195  
芳賀赤十字病院 講堂
- (3) その他 : 入札場所への入場は1業者につき2名以内とする

## 9. 入札方法等

- (1) 入札参加者は入札書(様式10)をもって入札することとし、入札書は持参すること。郵送又はFAXによる入札は認めない。
- (2) 代理人が出席して入札する場合は、代表者から委任状を入札時に提出すること。
- (3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- (4) 第1回目の入札が不調となった場合、ただちに再度入札に移行する。
- (5) 入札執行回数は、3回を限度とする。

## 10. 開札

入札者又はその代理人は開札に立ち会わなければならない。

## 11. 入札の無効

本件入札の公告の日から、落札者の決定の時までの間に、照会窓口以外の日本赤十字社役員・職員に対し、本件に関する接触を求めた者の入札、入札公告及び本入札説明書に示した一般競争入札に参加することができない者の入札又は競争入札参加資格のない者のした入札、申請書等日本赤十字社に提出した書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者とした場合には落札決定を取り消す。なお、契約者により競争入札参加資格がある旨確認された者であっても、開札の時ににおいて上記4に掲げる資格のない者は、競争入札参加資格のない者に該当する。

## 12. 入札の延期等

次のいずれかに該当する場合、入札の延期・中止・取り消しをすることがある。

- (1) 天災、地変等により入札の執行が困難なとき。
- (2) 入札が適正に行われおそれ又は行われなかったおそれがあると認められたとき。
- (3) その他やむを得ない事情が生じたとき。

## 13. 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると著しく不相当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。

## 14. 手続きにおける交渉の有無

無

## 15. 契約書作成の要否等

別添「契約書(案)」により、契約書を作成するものとする。

## 16. 関連情報入手するための照会窓口

上記5に同じ

## 17. その他

- (1) 入札参加者は、入札公告、本入札説明書及び入札心得を熟読し、公正かつ適正に入札すること。
- (2) 本件競争入札参加資格があると確認された者に、経営、資産、信用の状況の変動により契約の履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該資格の確認を取り消すことがある。
- (3) 申請書等日本赤十字社に提出した書類に虚偽の記載をした場合においては、「日本赤十字社指名停止等の措置基準」に基づく指名停止を行なうことがある。
- (4) 本入札説明書、入札心得等を入手した者はこれを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。
- (5) 入札心得の第3条、第6条第4項、第12条については、適用しない。

## 入札機器製品内訳・仕様書

品名	透析用監視装置
製品名・規格	内訳のとおり
メーカー名	日機装

内訳	品目	規格	数量
1	多用途透析用監視装置	DCS-200Si D-FAS/AV連結式	3
2	ルアーロック		3
3	補液ポンプ		3
4	推定血流量モニター		3
5	ダイアライザー血液入口圧ポート		3
6	ダブルタイプシリンジポンプ		3
7	血流量モニター (BVplus)		3
8	ダブル微粒子濾過フィルター		3
9	消毒循環ユニット		3
10	吸光度センサー (透析量モニター)		3
11	排液ポート		3
12	透析液ポートCタイプ		3
13	直線化圧測定方式血圧計		3
14	ダイアライザーホルダ DLC-05		3
15	ナースコール		3
16	搬入・搬出費用 (初回調整費含む)		1